Handy Sheet -liukulakana
Mallit 150, 160

Käyttöohje

Suomi

7FI160196-03



Handy Sheet -liukulakana pitkä



Handy Sheet -liukulakana lyhyt

Tuotekuvaus

Tuote	Yksikkö	Malli	Tuotenumero	Koko	Mitat (a x b)
Liukulakana lyhyt, ilman vetohihnaa	pari	150	3715015	M	85 cm x 70 cm
Liukulakana lyhyt, ilman vetonauhaa	pari	150	3715017	XL	120 cm x 85 cm
Liukulakana pitkä, vetonauhalla, sis. Kiristysnauha*	pari	160	3716015	M	90 cm x 185 cm
Liukulakana pitkä, vetonauhalla, sis. Kiristysnauha*	pari	160	3716017	XL	140 cm x 215 cm





* Kiristysnauha 260 cm, tuotenumero 3696002.

Tuotekuvaus

Handy Sheet -liukulakana on Likon kehittämä apuväline, joka keventää potilaan siirtämistä kitkaa vähentämällä. Liukulakana on valmistettu potilaan ja makuualustan välistä kitkaa vähentävästä materiaalista, joten hoitohenkilökunnan työ helpottuu monissa eri tilanteissa.

Pitkä liukulakana on erittäin hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun kovista kivuista tai vammoista kärsivälle tai erittäin painavalle potilaalle puetaan nostokangasta.

Lyhyttä liukulakanaa käytetään helpottamaan nostokankaan pukemista tuolissa tai pyörätuolissa istuvalle potilaalle. Kumpaakin mallia voidaan käyttää myös muissa siirtotilanteissa, esimerkiksi kääntämiseen tai siirtämiseen ylemmäs vuoteessa.

Tässä käyttöohjeessa esiteltävät siirtomenetelmät ovat helppoja ja käteviä. Jos ne tuntuvat raskailta, suosittelemme jonkin muun Likon apuvälineen käyttämistä siirtämiseen ja nostamiseen.

△ Liukulakanaa ei ole tarkoitettu potilaan nostamiseen tai siirtämiseen makuulta istumaan. Näihin tarpeisiin suosittelemme nostokankaitamme, joita on saatavilla useita eri malleja.

Tässä tekstissä siirrettävää henkilöä kutsutaan potilaaksi ja auttavaa henkilöä avustajaksi.

△ on varoituskolmio tilanteisiin, joissa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Lue käyttöohjeet. Käyttöohjeita voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www.liko.com.

Turvaohjeet

△ Huomattavaa:

- Liukulakanaa ei saa missään tilanteessa käyttää henkilön nostamiseen.
- Avustajien tarvittava lukumäärä tulee arvioida tapauskohtaisesti.
- Suunnittele siirto niin, että se voi tapahtua mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti.
- Varmista, että pyörätuolin ja sängyn, hoitotason jne. pyörät ovat lukossa siirtohetkellä. Tarvittaessa käytä apunasi vuoteen kaiteita.
- Liukulakanan liukas materiaali voi aiheuttaa tapaturman, jos se jätetään potilaan alle, lattialle tai pyörätuoliin. Noudata käytössä kaikkea varovaisuutta ja ota Liukulakana pois heti käytön jälleen. Laita pois tai ripusta turvalliseen paikkaan, kun sitä ei käytetä.
- Huomioi ergonomia! Työskentele rauhallisesti ja määrätietoisesti, käyntiasennossa ja selkä suorana. Käytä hyväksesi vuoteen nosto- ja laskutoimintoja. Vältä kurottamista – toimi lähellä.

△ TÄRKEÄÄ!

Henkilön siirtämiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Perehdy siksi huolella siirtovälineiden käyttöohjeisiin. On tärkeää, että ymmärrät kokonaisuudessaan käyttöohjeiden sisällön. Vain tuotteen toimintaan perehtynyt henkilö saa käyttää tuotetta. Ole käytön aikana varovainen ja huolellinen. Avustajana olet aina vastuussa potilaan turvallisuudesta. Sinun tulee olla selvillä potilaan valmiuksista selvityä siirtotilanteista.

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Huolto ja kunnossapito

Tarkista Liukulakana säännöllisesti, erityisesti pesun jälkeen. Huomioi erityisesti saumat, kankaat, nauha, vetokahvat ja materiaalin kitka. Älä käytä vahingoittuneita tuotteita.

Katso pesuohjeet Liukulakanan tuotelapusta.

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

CE Lääkintälaiteluokitus: luokka I.

Handy Liukulakana täyttää kaikki MDD-luokan I tuotevaatimukset, se täyttää myös harmonisoidun standardin EN ISO 10535 vaatimukset.

Mallisuojattu muotoilu

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja, ohjeita ja mahdollisia päivityksiä saa Likon edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden

Likolla on ISO 9001 –laatuluokitus ja sitä vastaava lääkinnällisiä laitteita valmistavien yritysten ISO 13485 –laatuluokitus. Likolla on myös ISO 14001 –ympäristöluokitus.

Pitkän liukulakanan asettaminen



Laskosta liukulakana tai mahdollisesti kaksi liukulakanaa yhdessä riippuen aiotusta avustustilanteesta, noin 30 cm pitkin taitoksin koko pituudelta.

Sijoita laskostettu liukulakana potilaan ja pohkeiden alle niin, että laskoksen puoli on patjaa vasten.

Avustajat ottavat kiinni liukulakanan alta niin läheltä potilasta kuin mahdollista. Pidä vastaan toisella kädellä, kun tartut liukulakanaan yläpuolelta. Avustajat vetävät samanaikaisesti auki ensimmäisen laskoksen potilaan alla.

VIHJE! Tämä helpottuu, jos kättä pidetään alhaalla patjaa vasten vetoliikkeen aikana.

Työskentele kädet suorassa ja painonsiirrolla.

Toista tämä, kunnes liukulakana on kokonaan potilaan alla.

© Copyright Liko AB 2008-10 • www.liko.com

Nostokankaan sijoittaminen vuoteeseen pitkän liukulakanan avulla



Sijoita liukulakanat potilaan alle edellä kuvatun mukaisesti.

Pujoita kiristysnauha liukulakanan silmukoiden läpi (kuva a).

Kiinnitä Kiristysnauha sängyn päätyyn (kuva b).

Sijoita nostokangas Liukulakanoiden väliin. Aloita yläpäästä (pään alta). Varmista, että nostokangas on keskellä potilaan alla.

Vedä nostokangasta alaspäin potilaan alle vetämällä yhdellä kädellä reisitukea alas kohti jalkopäätä ja paina samalla toisella kädellä reisitukea patjaa vasten.

Työskentele ergonomisesti.



Sijoita reisituki paikalleen painamalla sitä patjaa vasten samalla, kun toinen avustaja vetää hihnan silmukasta.

Ota päällimmäinen liukulakana varovasti pois vetämällä se itsensä ali.

Kiinnitä nostokankaan silmukat nostokaareen nostokankaan käyttöohjeen mukaisesti.

Nostaminen voidaan nyt aloittaa.

Nostokankaan poistaminen vuoteessa pitkän Liukulakanan avulla



Aseta yksi Liukulakana vuoteeseen, ennen kuin potilas lasketaan alas nostolaitteen avulla. Kun potilas on makuullaan, sijoitetaan toinen liukulakana edellä kuvatun mukaisesti, mutta nyt pään puolelta aloittaen. Varmista, että liukulakana asettuu nostokankaan päälle ja aivan takamuksen tasalle saakka.

Ota nostokangas pois tarttumalla resituesta ja selätuen yläosasta ja vedä pois liukulakanoiden välistä.

Poista varovasti molemmat liukulakanat vetämällä ne itsensä ali ja vuoteen yläpäätä kohti.

© Copyright Liko AB 2008-10 • www.liko.com

Nostokankaan sijoittaminen tuoliin/pyörätuoliin lyhyen liukulakanan avulla



Laske molemmat liukulakanat potilaan ja tuolin selkänojan väliin. Käytä taskuja asettelun helpottamiseksi. Varmista, että liukulakana ulottuu alas potilaan takamukseen saakka.

Sijoita sen jälkeen nostokangas liukulakanoiden väliin ja vie se alas potilaan selän taakse. Työskentele ergonomisesti.

Käytä liukulakanaa ja nosta potilaan jalka oman reitesi päälle, jotta nostokankaan reisituet olisi kevyempi asettaa paikalleen.

Katso nostokankaan asettelua koskevat lisätiedot kyseisen nostokankaan käyttöohjeesta.

Siirtäminen vuoteessa ylemmäs lyhyen liukulakanan avulla





Yksi avustaja
Asettele liukulakana potilaan pään ja hartioiden alle. Potilas taivuttaa polviaan ja avustaja painaa jalkapohjia patjaa kohti lisäkitkan aikaansaamiseksi. Potilas nostaa hieman lantiotaan ja työntyy samanaikaisesti vuoteessa ylöspäin.

Tämä menetelmä edellyttää, että potilaalla on riittävästi voimaa ja toimintakykyä jaloissa ja vartalossa.

Helpota hieman lisää kallistamalla vuoteen jalkapäätä ylös!

Kaksi avustajaa
Levitä liukulakana potilaan pään ja takamuksen väliselle pituudelle vetolakanan alle. Avustajat asettuvat potilaan olkapäiden tasalle ja ottavat kiinni vetolakanasta, kumpikin omasta päästään lakanaa. Avustajat siirtävät potilasta ylöspäin vuoteessa painonsiirtoliikkeellä. Tämä toimenpide toistetaan, kunnes potilas on halutussa kohdassa.

Huomioi ergonomia – vältä vetämistä käsilläsi!

Nosta vuoteen jalkopäätä suorituksen keventämiseksi!

© Copyright Liko AB 2009-07

Liko
A Hill-Rom Company

www.liko.com

Vamistaja:
Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Maahantuonti ja myynti Suomessa:

Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puhelin (09) 509 91
Faksi (09) 5099 490
Sähköposti info.algoltrehab.fi@algol.fi
Internet www.algoltrehab.fi

7330925716124