

Lift-nostin -manuaali



Lift-nostin

Lift-nostin on apuväline henkilöille, jotka tarvitsevat apua WC-istuimelle istuutumisessa tai siitä pois nousemisessa. Lift on joko WC-istuimeen tai seinään kiinnitettävä. Nosto voi tapahtua isuinrenkaan ollessa hieman kaltevassa tai täysin suorassa asennossa, käyttäjän toiveen mukaan.

Toimii 24 V DC tasavirralla. Lift-nostin voidaan yhdistää Bidetteen.

Sisältö

Yleistä.....	3
Ennen käyttöä.....	3
Muuta.....	3
Puhdistus.....	3
Akut	3
Lataus.....	4
Pääkatkaisija.....	4
Istuimen asennon säätö.....	4
Kuinka Liftiä käytetään.....	5
Alas istuutuminen.....	5
Ylös nouseminen kallistetulla istuimella.....	5
Ylös nouseminen suoralla istuimella.....	6

Yleistä

Lift-nostin voidaan asentaa vain WC-istuimiin, joissa on ulkopuolinen vesisäiliö, se ei sovellu WC-istuimiin, joissa on seinän sisään rakennettu vesisäiliö. Maksimi käyttöpaino 140 kiloa.

Ennen käyttöä, tarkista että

Nostin on asennettu asennusohjeen mukaisesti.

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

Tarkista, että nostinta käyttävät henkilöt tietävät kuinka se toimii.

Muuta

Mikäli säädöt tekee joku muu henkilö kuin käyttäjä, tulee hänen olla erittäin tarkka, jotta nostin toimii oikein.

Lapset eivät saa käyttää tai leikkiä tuotteella.

Mikäli ongelmia ilmenee, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme:

Väinö Korpinen Oy, puh. 09 5491 4400, korpinen@korpinen.com.

Vain valtuutettu henkilö saa huoltaa nostinta.

Lift-nostin on CE-merkitty.

Puhdistus

Sulje nostimen virta, ettei nostin vahingossa liiku puhdistuksen aikana.

Mikäli istuimen kansi on nostettu puhdistuksen ajaksi ylös ja nostinta nostetaan tässä asennossa ylöspäin, istuimen etureunan ja yläpuolella olevan kuvun välille syntyy puristusriski.

Puhdista nostin tarpeen mukaan vedellä tai pesuspriillä. Älä käytä naarmuttavia, fenolia tai klooria sisältäviä puhdistusaineita, ne saattavat vahingoittaa alumiini- ja polyamidi-osia.

Akut

Lift on varustettu akuilla. Lataa akkuja säännöllisesti, niin ne toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja akkujen käyttöikä pitenee. Akuissa on varoitusääni, joka hälyttää kun akkujen lataus on matala. Kun varoitusääni kuuluu, pitää akut ladata mahdollisimman pian.

Valmistaja suosittelee, mikäli mahdollista, akut ladataan säännöllisesti, myös silloin kun Liftiä ei käytetä, tai akkuja ladataan joka yö.

Lataaminen

Kiinnitä laturi yläosan kuvun alla olevaan pistokkeeseen, kuva 1



Kuva 1



Kuva 2

Akkujen lataustasosta riippuen, laturin valo palaa eri väreissä, kuva 2

Punainen = Akut pitää ladata

Keltainen = 80 % akuista on latautunut, mutta latausta on hyvä jatkaa

Vihreä = Akut ovat latautuneet täyteen.

Pääkatkaisija

Lift on varustettu pääkatkaisijalla, joka on asennettu yläosan kuvun alle. Katkaisijan pitäisi olla off-asennossa, kun nostinta ei käytetä pitempään aikaan, kuten esim. säilytyksen tai loman aikana. Tämä ei päde silloin, kun laturi on kytkettynä.



Istuimen asennon säätö

Lift-nostimessa on 2 eri nostotapaa, riippuen siitä kuinka istuinlevy on asennettu. Kuvan 1 asennossa istuin on suorassa koko ylösnoston ajan. Kuvan 2 asennossa istuin on suorassa alaslaskun ajan, mutta ylösnoston ajan istuin on hieman eteenpäin kallistettuna.



Kuva 1



Kuva 2

Istuutua

Ennen siirtymistä Liftiin, nosta istuin käsiohjaimen avulla haluttuun korkeuteen. Siirry Liftiin joko suoralle tai kallistetulle istuimelle. Kun istuma-asento on hyvä, voidaan aloittaa istuimen alaslasku. Paina nuoli alas -nappia, kunnes istuin pysähtyy itsestään.

Lift istuinkallistuksella

HUOM! Jalkojen lattiakosketus pitää säilyä koko käytön ajan.



Alimmassa asennossa istuin on aina suorassa. Nostaessa ylös istuin kallistuu hieman eteenpäin.



Käyttäjä liukuu eteenpäin, jotta jalkojen lattiakosketus säilyy.



Ylösnousu päättyy.

Aloita nostamalla istuinta siten, että se on hieman kallistuneena.

Siirry eteenpäin istuimella.

Jatka istuimen nostamista. Mikäli jalat alkavat nousta lattiasta, pysäytä Lift ja siirry edemmäksi.

Pysäytä istuin halutulle korkeudelle ja siirry edelleen.

Lift ilman kallistusta



Istuin on sovitettu pyörätuolin mukaan.



Tämä helpottaa siirtymistä.



Nyt wc-istuin voidaan säätää käyttäjän toiveiden mukaan.

Nosta istuin toivottuun korkeuteen ja siirry.

Valmistaja:

Svan Care, Ludvika, Ruotsi
svancare.se

Maahantuonti:

Väinö Korpinen Oy
Kalkkipellontie 6, 02650 Espoo
korpinen.com

Myynti:

Algol Trehab Oy
Karapellontie 6, 02610 Espoo
www.algoltrehab.fi